

Ficha Técnica

MEDIDOR CHECKER DE CLORO LIBRE (0 A 2,50 PPM)

Referencia

- DS-175

Rango

- 0.00 a 2.50 ppm

Resolución

- 0.01 ppm

Precisión a 25°C

- ± 0.03 ppm $\pm 3\%$ de lectura

Fuente de luz

- Led a 525 nm

Detector de luz

- Fotocélula de silicio

Método

- Adaptación de la USEPA 330.5 y el Método Estándar 4500-Cl-G

Ambiente

- 0 a 50°C; HR máx. 95% sin condensación

Tipo de batería

- (1) 1,5V AAA

Apagado automático

- Después de 2 minutos de no uso

Dimensiones

- 81,5 x 61 x 37,5 mm

Peso

- 64 gr

Imagen

Versión: 09/09/2021

INERBO, S.L.

Tel. +34 973 750 313 Fax +34 973 751 772

inerbo@inerbo.com • www.inerbo.com

Polígono industrial Torrefarrera • C/ Ponent nº3 • 25123 Torrefarrera • Lleida (SPAIN)